

Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LE 061
Data emiterii Anexei nr. 1: 18.12.2023

BADOTHERM - AMC SA

prin **Laborator de Etalonări**

Vaslui, Str. Metalurgiei nr. 2, județul Vaslui

Etalonări în localuri permanente

Nr. crt.	Măsurand/ obiect supus etalonării	Interval de măsurare ¹⁾		Condiții de măsurare/ Procedură	Incertitudine extinsă de măsurare ²⁾	Observații
1.	PRESIUNE RELATIVĂ/ Aparat mecanic și electronic de masurat presiunea – presiune relativă	- 1 x 10 ⁵ Pa	la - 0,1 x 10 ⁵ Pa	-/PSE-LE-AMC-01 Ed.3 / Rev.3	6 x 10 ⁻⁴ x P	P- presiunea de măsurare Mediu de lucru: gaz
		0,015 x 10 ⁵ Pa	la 1 x 10 ⁵ Pa		6 x 10 ⁻⁴ x P	
		1 x 10 ⁵ Pa	la 140 x 10 ⁵ Pa		8 x 10 ⁻⁴ x P	
		0,2 x 10 ⁵ Pa	la 1100 x 10 ⁵ Pa	-/PSE-LE-AMC-02 Ed.3 / Rev.3	8 x 10 ⁻⁴ x P	P- presiunea de măsurare Mediu de lucru: lichid
		>1000 x 10 ⁵ Pa	la 2500 x 10 ⁵ Pa		8 x 10 ⁻³ x P	

¹⁾ Intervalul de măsurare poate fi exprimat și ca o valoare singulară.

²⁾ Incertitudinea extinsă de măsurare:

- este cea mai mică incertitudine de măsurare, disponibilă clientului, obținută în condiții normale de măsurare;
- este estimată în conformitate cu EA 4/02 și reprezintă incertitudinea standard extinsă cu un factor de extindere k=2, corespunzător unui nivel de încredere de aproximativ 95%.

Sfârșit document

DIRECTOR GENERAL
Alina Elena TAINĂ